



检 测 报 告

TEST REPORT

(2018) 苏国环检(委)字第(2316)号

委托单位 江苏理文造纸有限公司

检测类别 委托检测

样品类别 废水



苏州国环环境检测有限公司

SUZHOU GUOHUAN ENVIRONMENT DETECTION CO., LTD.

检测报告说明

- 一、对本报告检测结果如有异议，请于收到之日起十天内向本公司提出。
- 二、对送检样品，其检测结果，本公司仅对来样负责。
- 三、非经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖公章予以确认。部分复印无效。

地址：苏州高新区滨河路永和街 7 号

邮编：215011

电话：0512-66673718、66673720、67366132

传真：0512-66676226、66673719

网址：www.ghehs.com

(2018) 苏国环检(委)字第(2316)号

苏州国环环境检测有限公司

检 测 报 告

共3页 第1页

委托单位	江苏理文造纸有限公司				
联 系 人	金洪娜	联系电话	13773042667	地 址	常熟经济技术开发区 沿江工业园理文路
样品类别	废水				
检测单位	苏州国环环境检测有限公司		采样人	严涛、孟静	
检测目的	委托检测				
检测内容	pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量 (BOD ₅)、色度、可吸附有机卤素 (AOX)				
检测依据	pH 值:水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 化学需氧量:水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 悬浮物:水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 氨氮:水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 总磷:水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 总氮:水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 BOD ₅ :水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 色度:水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 稀释倍数法 AOX:水质 可吸附有机卤素 (AOX) 的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001				
参考标准	《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008) 表 3 标准				
结 论	检测结果见第 2 页				
编 制:					
审 核:					
签 发:	 (授权签字人)				
			检测单位盖章:  签发日期: 2018 年 10 月 18 日		

附页:

工 况 说 明

我企业属于 ☐ 制浆企业 ☒ 制浆和造纸联合生产企业 ☐ 造纸企业，在

2018 年 10 月 11 日进行检测，检测项目为 COD、氨氮、pH、SS、色度、
总磷、总氮、BOD5、可吸附卤素，检测当天（统计为一个工作日）废水排水总量
为 22333 吨，产品的产量为 3488 吨（生产多种产品需分别注明该产品产量）。

特此证明！

单位签章:

日期



以下空白